



GOVERNMENT OF ROMANIA

ROMANIA - BULGARIA

Interreg



EUROPEAN UNION



GOVERNMENT OF BULGARIA

Изм. № 26-00-1337 / 30.10 2017 г.

**РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„ДОСТАВКА НА ЛИНЕЙКА ТИП С - РЕАНОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ „ВАШЕТО ЗДРАВЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ! - МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЦИТЕ В ЗИМНИЧ И СВИЩОВ” - ПРОЕКТ CODE 16.5.2.042; eMS CODE: ROBG-174, ДБФП №49362/06.04.2017 Г. ПО ПРОГРАМА “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 Г.“, обявена с №00753-2017-0034 в Регистъра на обществените поръчки.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмено искане за разяснения с Вх. №26-00-1337/27.10.2017 год. по условията на процедурата, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП предоставям следните разяснения:

ВЪПРОС 1

„Относно разяснението по Въпрос 1 от Ваше писмо с изх. № 26-00-1324 от 23.10.2017 г., само потвърждавате, че Анекс А е част от стандарт 1789:2007+A2:2014, но не става ясно дали участникът, за да потвърди наличието на типово одобрение за линейка тип С за предложените марка/модел шаси и надстройка, следва да приложи тестови резултати от проведените изпитания по образец на Анекс А от стандарт 1789:2007+A2:2014. Моля, потвърдете, че участникът трябва да приложи копие на тестовия рапорт за предложението от него марка модел шаси и надстройка спрямо анекс А на 1789:2007+A2:2014.”

РАЗЯСНЕНИЕ

Възложителят ясно е посочил в документацията за участие в процедурата, че предлагания автомобил със специално предназначение - линейка тип „С“ - реаномобил, трябва да отговаря на стандарт БДС EN1789:2007 + A2:2014 или еквивалент.

ВЪПРОС 2

„Относно разяснението по Въпрос 9 от Ваше писмо с изх. № 26-00-1324 от 23.10.2017 г.: Стандарт БДС EN1789:2007+A2:2014 не разделя оборудването в линейката на такова, което ще се използва на полеви условия и такова, което ще се ползва само в кабината на линейката. Изискването за фиксация е еднакво за всички медицински изделия в линейката. Затова и неслучайно към фиксацията на мобилната аспирационна помпа следва да бъдат прилагани същите изисквания, както към транспортния респиратор и дефибрилатора. Всички „носими“ системи в линейка се използват, както в линейка, така и на полеви условия извън нея и според стандарта трябва да бъдат здраво фиксирани, когато линейката е в движение. Практика в България е линейките да се оборудват с апарати, предназначени за болнична употреба, които не разполагат със стойки за монтаж в линейка. В следствие

Съдържанието на тази публикация не представлява непременно официалната позиция на Европейски съюз.

Отговорността за съдържанието се носи единствено от нейните автори.

Проект „Вашето здраве има значение! - модернизация на болниците в Зимнич и Свищов” е финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за Регионално развитие в рамките на програмата “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA”.